

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania jakim jest:

I. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa urządzenia Endokrynologicznego.

- System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury.
- Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu powyżej 21", o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, regulowany w trzech płaszczyznach.
- Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12", do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych.
- Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu.
- Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD aparatu celem ułatwienia wykonania procedur interwencyjnych (biopsja).
- Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym lub wysuwana z pulpitu aparatu.
- Dynamika systemu min. 320 dB.
- Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 4 500 000.
- Współpraca aparatu z głowicami:
 - phased array
 - liniowe
 - convex
 - endorektalne
 - wielopłaszczyznowa, matrycowa do obrazowania 2D i 3D w czasie rzeczywistym dedykowane do echokardiografii przezprzełykowej
 - matrycowa min. 2500 elementów do obrazowania 2D w czasie rzeczywistym dedykowana do echokardiografii przezklatkowej
 - dopplerowskie typu ołówkowego
 - volumetryczne convex i liniowe
- Tryby obrazowania:
 - 2D (B-mode)
 - M-mode
 - Kolor M-mode
 - Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
 - Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej
 - Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice
 - Power (angio) Doppler
 - Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)
 - Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)
 - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
- Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 15-stopniowy
- Szkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji
- Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Singel Cristal:

- Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 21 MHz (+/-1MHz)
- Ilość elementów min. 1900
- Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym min. 50mm.
- Możliwość podłączenia do systemu PAX
- Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań:
 - Jamy brzusznej
 - Badań naczyniowych (w tym TCD)
 - Badań małych narządów i narządów powierzchniowych
 - Badań układu mięśniowo-szkieletowego
- Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne.
- Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI.
- Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe.
- Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.
- Szkolenie zespołu medycznego oraz technicznego z obsługi oraz przeprowadzania przeglądów.
- okres gwarancji min 36 miesięcy.

II. Termin realizacji dostawy :

do 4 tygodni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 30 września 2024 r.

III. Termin złożenia informacji cenowej:

informację należy złożyć w terminie do dnia 07 lipca 2024 r. na e-mail: ap.med@udsk.pl

Informacja powinna zawierać:

1. Nazwę oraz adres kontaktowy
2. Informację czego dotyczy
3. Kwotę netto, kwotę brutto oraz stawkę podatku VAT w %

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.