

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania jakim jest:

I. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa urządzenia USG.

- Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD.
- Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się aparatu używanego, rekondukcjonowanego.
- Panel sterowania z fizyczną klawiaturą qwerty i możliwością programowania klawiszy funkcyjnych.
- Tradycyjne (nie cyfrowe na ekranie dotykowym) suwaki TGC do regulacji wzmocnienia w zależności od głębokości obrazowania
- Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. Min. 21,5" rozdzielczość min. 1920x1080
- Tryby pracy aparatu:
 - 2D (B-mode),
 - M-mode,
 - Color Doppler (CD),
 - Power Doppler (PD),
 - Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD),
 - TRIPLEX,
 - DUPLEX
 - min. 5 częstotliwości bazowych dla tryby B-Mode
 - min. 3 częstotliwości bazowe dla trybów CD/PD
- Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu min. 5 stopni ustawień.
- Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji):
 - położniczych,
 - ginekologicznych,
 - urologicznych,
 - jamy brzusznej,
 - ortopedycznych,
 - tarczycy,
- Zintegrowany system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD-R/RW i oraz portami USB na przedniej ścianie aparatu.
- Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
- Możliwość rozbudowy aparatu o dodatkowe głowice.
- W trybie elastografii możliwość wykonywania pomiarów – elasto Strain.
- Szkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji
- Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz serwis.
- Możliwość podłączenia do systemu PAX
- Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE min. 10X
- Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie głowicy min. 8.
- Dotykowy panel do obsługi ultrasonografu typu pojemnościowego, z regulacją OSD 10".
- okres gwarancji min 24 miesiące.

II. Termin realizacji dostawy :

do 4 tygodni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 30 września 2024 r.

III. Termin złożenia informacji cenowej:

informację należy złożyć w terminie do dnia 07 lipca 2024 r. na e-mail: ap.med@udsk.pl

Informacja powinna zawierać:

1. Nazwę oraz adres kontaktowy
2. Informację czego dotyczy
3. Kwotę netto, kwotę brutto oraz stawkę podatku VAT w %

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.