

ZAPYTANIE OFERTOWE

W celu dokonania zakupu, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu dokonania zakupu.

I. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem.

- temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika
- funkcja opóźnionego startu, rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury
- chłodzenie wstępne z wirowaniem FAST COOL
- wyświetlacz graficzny LCD
- jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury
- programy użytkownika
- charakterystyki rozpędzania/hamowania
- programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania
- regulacja RPM/RCF
- dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości
- tryb pracy ciągłej HOLD
- praca w trybie „SHORT”
- możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
- autoidentyfikacja wirnika
- automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania
- blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła
- programowe ustawienie gęstości dla próbek > 1,2g/cm³ (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej)
- komora wirowania ze stali nierdzewnej
- sygnalizacja niewyważenia
- blokada pokrywy podczas wirowania
- blokada startu przy otwartej pokrywie
- awaryjne otwieranie pokrywy
- zabezpieczenie termiczne silnika
- produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa
- Szkolenie techniczne umożliwiające przeprowadzanie przeglądów technicznych

II. Termin realizacji dostawy :

do 4 tygodni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 1 października 2024 r.

Termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca 2024 r. na e-mail: ap.med@udsk.pl

III. Kryterium oceny ofert:

Cena - 100%.

Informacja powinna zawierać:

1. Nazwę oraz adres kontaktowy
2. Informację czego dotyczy
3. Kwotę netto, kwotę brutto oraz stawkę podatku VAT w %